

## 試験結果(Test Data)

**SAMPLE** 型名 (Model No.) : 8471  
製造番号 (Serial No.) : 123456789

## 1.波長確度 (Wavelength Accuracy)

試験値(Tested)	規格下限(Min)	測定値(Data)	規格上限(Max)	判定(Pass/Fail)
632.9907 nm	632.9890 nm	632.9904 nm	632.9920 nm	良(Pass)

※ 規格（上限・下限）は、温度 $23^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$ 、相対湿度85%以下における、1年間の保証確度の値です。

Accuracy(Min/Max) is guaranteed for the duration of one year under the condition with temperature of  $23^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$ , humidity of less than 85%.