

試験結果

型 名 1 2 7 0 7
 製造番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

試験項目	規 格	試験結果	備 考
1 絶縁抵抗			
主電極 - ガ-ト電極	1×10^{13} 以上	良	
主電極 - 対向電極	1×10^{13} 以上	良	
ガ-ト電極 - 対向電極	1×10^9 以上	良	
主電極 - 接地	1×10^{13} 以上	良	
ガ-ト電極 - 接地	1×10^9 以上	良	
対向電極 - 接地	1×10^9 以上	良	
2 耐 圧			
対向電極 - 接地	DC 60V (連続)	良	
ガ-ト電極 - 接地	DC 60V (連続)	良	

試験成績書

Sample

品名 液体抵抗資料箱
型名 12707
製造番号 123456789
試験年月日 2099年1月1日
試験環境 温度23 湿度40%

株式会社 エーディーシー

責任者	担当者