

試験結果

型 名 12704A
 製造番号 123456789

試験項目	規格	試験結果	備考
1 絶縁抵抗	S a m p l e		
主電極 - ガード電極	1×10^{15} 以上	良	
主電極 - 対向電極	1×10^{15} 以上	良	
ガード電極 - 対向電極	1×10^9 以上	良	
2 耐圧			
対向電極 - 接地	1.1 kV(1分間)	良	
ガード電極 - 接地	1.1 kV(1分間)	良	

試験成績書

客先名 株式会社エーディーシー

S a m p l e

品名 レンステイビティ・チェンバ

型名 R 1 2 7 0 4 A

製造番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

試験年月日 2008年4月24日

試験環境 温度23 湿度50%

株式会社 エーディーシー

責任者	担当者