

SAMPLE

試験結果
Test Data管理番号 : 0123456789
Control No.型 名 (Model No.) : 15045-10
製造番号 (Serial No.) : 123456789

直流標準抵抗

	公称抵抗値 Resistance	確度 Accuracy	前回校正值 Test data before caribration	校正後値 Test data after caribration
1	1×10^{10} Ω	± 1 %	1.000×10^{10} Ω	1.000×10^{10} Ω
判定(Pass/Fail)		良(Pass)		良(Pass)

印加電圧 (Supply Voltage) : 100V

性能(Specifications)

公称抵抗値 Resistance	製作許容差 Tolerance	確度 Accuracy
1×10^8 Ω	± 2 %	± 1 %
1×10^9 Ω	± 2 %	± 1 %
1×10^{10} Ω	± 2 %	± 1 %
1×10^{11} Ω	± 5 %	± 1 %
1×10^{12} Ω	± 5 %	± 1 %