

# SAMPLE

試験結果  
Test Data

管理番号 : 0123456789  
Control No.

型名 (Model No.) : 82321B  
製造番号 (Serial No.) : 123456789

## 光パワー測定 (Optical Power Measurement)

	項目 Item	規格 Specification	試験結果 Result	判定 Pass/Fail
1	測定確度/校正波長 (Measurement accuracy) 光源:780nm,1mW入力 (at 780nm,1mW)	± 2.5 %	-0.02 %	良(Pass)

接続本体 : Q8230  
Use Main Unit

設備管理番号 : BA03313  
Serial No.